

Se trata de un dispositivo esterilizador

Describe el producto.

Esta membrana es una regeneración de tejidos de seda que puede recuperarse de colágeno. El producto es restaurado para que no necesite el segundo procedimiento quirúrgico.

uso

Este producto se utiliza para inducir la reproducción de tejidos de seda que protegen el osteosarcoma. Evite el movimiento de tejidos blandos como defectos de diente y sustancias de flexión oral.

preparación para el uso

- 1.Mover los productos empaquetados a la sala de operaciones esterilizada.
- 2.Compruebe el embalaje del producto y no use el embalaje interno.
- 3.No se utilizará después del período de validez.
- 4.El maniquí debe leer las instrucciones antes de la operación y conocer sus características y usos.

método de uso

- 1.La tibia es insertada en el área de la cirugía para exponer el estómago.
 - 2.Elimina completamente la organización de superposición, tejido inflamable y otros tejidos blandos.
 - 3.Compruebe el tipo y el tamaño del producto marcado en la etiqueta y prepare el producto.
 - 4.Cortar en forma y forma de defectos usando tijeras de esterilización.
- ※ La membrana debe superponerse al mínimo de 2 mm con la pared defectuosa.
- 5.El injerto de hueso se cubre con la membrana y se dobla suavemente.
 - 6.Ajuste el producto dentro del tejido para que no se mueva y su organización cuidadosamente.

gestión y almacenamiento

- 1.Utilice este producto inmediatamente después de la apertura porque es estéril.
 - 2.Aunque no use el producto que se almacena después de la apertura, debe ser abolido.
 - 3.Este producto es un dispositivo desechable y está prohibido la reutilización.
Las otras partes deben ser eliminadas.
 - 4.Este producto se suministra después de la esterilización gamma. Prohibida la reproducción
- Cuando este producto sea reutilizado o regenerado, hay un riesgo de infección por la contaminación, y el trasplante de hueso usando materiales de hueso contaminados es peligroso para no operar el trasplante de hueso.
- No se garantiza la esterilización y la esterilización.

método de almacenamiento

El producto debe ser almacenado a temperatura ambiente (1°C a 30°C)

Advertencia

1.aviso de tratamiento

- 1) Este producto no debe ser reutilizado o regenerado como un dispositivo médico desechable.
- 2) Se debe seleccionar un producto adecuado al paciente antes de la operación.
- 3) Este producto debe utilizarse en entornos esterilizados con herramientas esterilizadas.
- 4) Compruebe el embalaje antes de su uso y no use el empaque en caso de daño.
- 5) El producto verifica la fecha de validez antes del uso y no se utilizará si hay un período de validez.
- 6) No utilice productos aparte de los casos de GBR (GiddBonoe). O modifique el producto para otro propósito.
- 7) esterilización
- 8) El leve GBR (Guidell) está expuesto a la fractura de cráneo y causa un fracaso en la expansión de la probabilidad de una infección externa. Por lo tanto, el cirujano y el paciente deben tener cuidado para que no se produzcan la exposición máxima de los pacientes.
- 9) Si el producto es demasiado flexible o puede ser dañado.
- 10) No utilice herramientas de corte aparte de las tijeras de esterilización cuando se necesite la incisión.
- 11) Este producto puede ser modificado si está expuesto a una temperatura de 50°C o más.
En consecuencia, este producto es necesariamente 50 ° c menores de temperatura en funcionamiento.
- 12) No utilice si hay algún cuerpo extraño dentro del Touch Po.
- 13) Este producto debe utilizarse para un ambiente limpio, un quirófano.
- 14) Revise la UFU y revise las indicaciones del producto antes de su uso.
- 15) Este producto debe utilizarse sólo para los dentistas cualificados.

2.minusvalía

Se debe evitar la operación de un paciente con una fuerza restrictiva incluyendo lo siguiente.

- 1) que es alérgico al colágeno.
- 2) Un paciente con enfermedad grave disminuye significativamente la masa cerebral residual.
- 3) Es difícil para los pacientes con enfermedad asegurar espacios como la pérdida del hueso horizontal.
- 4) paciente con una variedad de dientes que necesite usar el producto repetidamente.
- 5) un diabético, un exceso de fumar o un alcoholismo.
- 6) Una paciente con una inmunidad con quimioterapia y radiación.
- 7) Una paciente con una infección o infección, o algo así.
- 8) disentería
- 9) Otros pacientes no son adecuados para la cirugía.
- 10) Los pacientes que no cumplen con las instrucciones del médico o no cooperan deben ser prohibidos por los efectos secundarios y el riesgo de fracaso quirúrgica.

3.efecto secundario

- 1) Este producto puede causar alergias usando materia prima de colágeno.
- 2) La cirugía del ciclo puede causar complicaciones causadas por la sensibilidad a la temperatura, el trauma, la rigidez, la absorción de raíces, el cambio oral y el uso de anestesia.
- 3) Dependiendo del grado y el tipo de complicación puede ser posible quitar el colágeno o los antibióticos de acuerdo con el juicio del médico.

fecha de vencimiento

3 años desde la fecha de fabricación.

Do not use and re-sterilize products that have expired

No utilice y reproduzca los productos que han pasado la fecha de caducidad.

El modelo/ tamaño (mm)

Classification	Model Name	Width(mm)	Length(mm)
BS Type	BS-1010	10	10
	BS-1020	10	20
	BS-1030	10	30
	BS-1520	15	20
	BS-2030	20	30
	BS-2530	25	30
	BS-3040	30	40
BH Type	BH-1010	10	10
	BH-1020	10	20
	BH-1030	10	30
	BH-1520	15	20
	BH-2030	20	30
	BH-2530	25	30
	BH-3040	30	40
DM Type	DM-1010	10	10
	DM-1020	10	20
	DM-1030	10	30
	DM-1520	15	20
	DM-2030	20	30
	DM-2530	25	30
	DM-3040	30	40

símbolo

	fabricante		Representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión Europea
	fecha de fabricación		criterio de uso
	código de distribución		número de catálogo
	Importador		Distribuidor
	radioinfección		Sistema de barrera estéril individual con embalaje protector dentro de
	irremediabilidad		No utilice el paquete si está dañado.
	Frágil, manipular con cuidado		Aléjate de la luz del sol.
	comprometer		límite de temperatura
	Limitación de la humedad		reutilización
	Consultar las instrucciones de uso		Con cuidado.
	Dispositivo médico		Identificador de dispositivo único
	Identificación del paciente		Centro de salud o médico
	Información para pacientes página web		Fecha
	Contengan material biológico de origen animal		

Manufacturing / Sales

MedPark
Your Reliable Partner

MedPark co., Ltd.

24, Nakdong-daero 1570 beon-gil, Buk-gu, Busan, Republic of Korea

Tel + 82 51 301 8777

E-Mail biz@medpark.net



0477



Consulte el enlace del sitio web que figura a continuación para obtener instrucciones de uso en la lengua oficial de la Unión establecida por los Estados miembros de la UE.

https://medpark.net/bbs/?so_table=archive